

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CT-7 HÚZÓSÍN

Használati javallat: A CT7 LÁB HÚZÓSÍN, a combcsont töréseinél alkalmas a végtag rögzítésére és sínezésére a preshospitális ellátás és betegszállítás során. Használható felnőtteknél és nagyobb gyermekeknél térd alatti rögzítés felhasználásával.

JAVALLATOK: combcsont törése

BETEGEK CÉLCSOPORTJA: combcsonttörést szenvedett felnőttek, amely törés nem terjed ki a térdízületre.

JAVALLOTT FELHASZNÁLÓ: Egészségügyi szakemberek és képzett nem egészségügyi személyzet.

UTASÍTÁSOK:

Kérjük, feltétlenül nézze meg a rövid videót weboldalunkon: <https://www.faretec.com/training-videos>

1. Távolítsa el a bokabilincset a külső zsebből.
2. Tekerje a bokabilincset a sérült láb bokája köré.
3. Győződjön meg arról, hogy a csuklórögzítő csatja a páciens lába felé irányul.
4. Távolítsa el a sín a zsákból, és hagyja, hogy az összes cső összeakadjon. Rázza fel-le a húzósínt, hogy az egyes csőszakaszok összezsúszhassanak. A kimaradó csöveket kézzel csúsztassa össze.
5. Helyezze a sín a páciens mellé: a sín tetejének a páciens csípőtarójánál kell lennie. Szükség esetén helyezze be a csöveket, távolítsa el az Ischialis kupakot, és ennek megfelelően kapcsolja be a csöveket. Hajtsa a felesleges csöveket a sín mellé. Ezután helyezze vissza az Ischialis sapkát. Gyermekgyógyászati és Térd alatti alkalmazás esetén ez a lépés elengedhetetlen.
6. Rögzítse a sín végén lévő csatot a bokabilincshez.
7. Rögzítse az Ischialis/ágyékpántot úgy, hogy a comb felső része köré tekerje, és meghúzza a pántot.
8. Tekerje mindkét lábpántot a páciens lábára, az egyiket a térd felett, a másikat a térd alatt.
9. Forgassa el a húzómechanizmus csavarját a sín lábfejénél. A vonóerő alkalmazásához forgassa el a nyílak irányába.
10. Figyelje és jegyezze fel az elért vonóerő hosszát
11. A megfelelő tapadás elérése után álljon meg: A sérült láb egyenlő hosszúságúnak kell lennie a sértetlen lábbal, a beteg megkönnyebbülést fog érezni és a duzzanat csökken.

A menetes húzósín rendszere arra kényszeríti az orvost, hogy lassan és óvatosan húzást fejtsen ki a betegre, hogy ne okozzon további károkat. Emellett lehetővé teszi a könnyű, kis lépésekben történő beállítást is

KLINIKAI ELŐNYÖK:

- Rögzítést és húzóerőt biztosít a combcsont töréseinél, illetve támaszt és tapadást is biztosít
- Csökkenti a vérzést és az izomgörcsöket
- Megakadályozza a környező izom, szövet és anatómiai struktúra további károsodását
- Enyhíti a beteg fájdalmát

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

Minden használat után ellenőrizze a sínt. A keretnek szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A keret szappannal és vízzel tisztítható és papírtörülővel szárazra törölhető. Ha a bokarögzítő, a lábheveder vagy az derékpánt szennyeződött vagy elhasználódott, ne használja tovább azokat, hanem cserélje újakra. Csere esetén forduljon a FareTechez: +1-440-350-9510.

ELLENJAVALLATOK: A húzósínt nem szabad használni a combnyaktörés, térdcsonttörés és/vagy elmozdulás, valamint bokatörés esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK: Nincsenek

BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁS: A terméket a helyi hatóságok által javasolt helyen kell eltávolítani.

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, jelentsen a FareTec-nek vagy azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a terméket használja, minden olyan súlyos eseményt, amelyről gyanítja, hogy kapcsolatba hozható az eszközzel. Ha lehetséges hibát gyanít, vagy egy termék nem felelt meg az elvárásainak, kérjük, jelentse ezt a vállalatnak, és adjon meg minél több információt. A vállalat telefonszáma: +1-440-350-9510.



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain



	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyógyászati eszköz		Importőr
	Olvassa el a használati útmutatót		Katalógusszám
	Gyártási dátum		Köteggkód

